



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”

SHPALLJE KËRKESË PËR DONACION

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUNT), është Institucion Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullit, të cilit i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas ligjeve në fuqi, i cili ka në fokus të aktivitetit të tij mbrojtjen e jetës, shëndetit fizik dhe mendor të pacientit dhe lehtësimin e vuajtjeve të tij, duke i ofruar një shërbim shëndetësor sa më cilësor dhe dinjitoz.

Me anë të kësaj thirrje, QSUNT dëshiron të kërkojë vëmendjen e publikut lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit dhe ofrimin e ndihmës në rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj pacientëve të hospitalizuar në QSUNT.

Pacemaker VVIR- gjenerator pulsi i implantueshem me ritëm të adaptueshem që lejon pacientin të kryejë imazhin MRI 1 sigurte në fushën magnetike 1.5 T dhe 3 T. + programim i pavarur i adaptimit të frekuencës për zonën normale dhe për zonën me ngarkesë të lartë fizike + njohje automatike e momentit të implantimit dhe polaritetit të elektrodës + riprogramim automatik i polaritetit të stimulimit dhe polaritetit të njeshmerisë + elektrode ritmi ventrikulare me fiksion pasiv ose aktiv. - 18 cope

Pacemaker DDDR- gjenerator pulsi i implantueshem me ritëm të adaptueshem atrio-ventikular me teknologji që lejon pacientin të kryejë imazhin MRI 1 sigurte në fushën magnetike 1.5 T dhe 3 T + regullim automatik i tensionit të stimulimit në varesi të pragut të pacimit + regullim automatik i ndjeshmerisë në të dy dhomat e zemrës + algoritëm për zgjatjen e vonës AV për minimizimin e pacimit ventrikular + algoritëm përgjigjeje të rënies së rimit për njohjen dhe terapinë e sinkopës vazovagale + programim i pavarur i frekuencës për zonën normale dhe për zonën e ngarkesës së lartë fizike + të ketë të impedancës së elektrodës + tregjistrim i elektrogrameve intrakardiake + konvertim nga stimulim bipolar në unipolar në rast se impedanca e pacimit është jashtë vlerave të vendosura + elektroda ritmi atriale dhe ventrikulare me fiksion aktiv ose pasiv. - 9 cope

VVIR - stimulues kardial, MRI kompatibel, full body 1.5T, rajja e elektrogrameve intrakardiake, me kalimin automatik të parametërve të tjera në bazë të aktivitetit të pacientit, me programim të polaritetit të pejsimit (unipolar dhe bipolar), impedancën trendi (grafik i matjes së matjes së pjesshme të impedancës ndaj kohës) dhe kalimi i polaritetit automatik të pejsimit nga bipolar në unipolar pacing në rast se impedanca e matur e plumbit shtetë jashtë diapazonit të programueshem duke përfshirë sondën bipolar, jetëgjatësinë e me shumë se 14 vjet me 60 stimulime në minutë në

2.5V stimulim 100% 0,4ms gjerësi impuls.Sonda me Pejsim kompatibel me fiksime aktive ose pasive me hyrjen minimale të 7F .Sheath-peel awway për futjen e elektrodës së pacemakerit (duke përfshirë tela udhëzues, shiringë, dilator, gillpërë dhe futes) të madhësisë standarde nga minimumi 7F. - 9 cope

DDDR stimulues kardial FULL BODY MRI 1.5T, stimulues me dy dhoma, ruajtja e elektrogrameve intrakardiale, me kalimin automatik të parametrave të tjera në bazë të aktivitetit të pacientit, kalimi automatik i pacing polaritetit nga bipolar në pacing unipolar në rast se impedanca e matur e plumbit është jashtë diapazonit të programueshëm duke përfshirë sondën bipolar. Algoritmi për fibrilimin atrial të shtypjes nga pacing atrial në ritmin e sinusit, algoritmi automatik për të parandaluar stimulimin e panevojshëm ventrikular duke përshtatur vonesën AV, stimulim të veçantë të frekuencës gjatë ndryshimeve të modalitetit (kaloni mode) , ruajtjen e electrograms intracardiac në kujtesën e pajisjes për 2 minuta me zgjedhjen e prioriteteve shkakton, NIPS protokoll, PVC Pergjigje, algoritmi për ndërprerjen e një PMT, jetëgjatësi më shumë se 9 vjet me 60 stimule në minutë me 2.5V stimulim 100% 0,4ms gjerësi impuls me EGM të ruajtura On.Compatible atriale dhe pacing plumbi me fiksime aktiv ose pasiv me hyrjen minimale të 7 F. - 8 cope.

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”